

Testo

Testo Datenlogger

- neue Batterien bei EW/MW im Büro rechts in Ecken hinten SW0920
 - Beim Batteriewechsel unbedingt den Jumper wechseln, sonst kriegt man keine USB Verbindung
-

beim programmieren des Datenlogger mit Testocomisoft-Basic wird die Frage nach eingelegter Batterie gefragt:

- AIMn = Alkali-Mangan-Zelle (Alkali-Mangan Batterien nicht wiederaufladbar)

From:
<https://stefanwiki.hkhuberag.ch/> - **WikiWeb Stefan**



Permanent link:
<https://stefanwiki.hkhuberag.ch/doku.php/testo?rev=1698822045>

Last update: **2023/11/01 08:00**