

Testo

Testo Datenlogger

- neue Batterien bei EW/MW im Büro rechts in Ecken hinten SW0920
- Beim Batteriewechsel unbedingt den Jumper wechseln, sonst kriet man keine USB Verbindung

beim programmieren des Datenlogger mit Testocomisoft-Basic wird die Frage nach eingelegter Batterie gefragt:

- AlMn = Alkali-Magan-Zelle (Alkali-Mangan Batterien nicht wiederaufladbar)

USB Anschluss

- Im Geschäft bei PC Stefan muss der Anschluss für USB an der Front der unterste verwendet werden

From:

<https://stefanwiki.hkhuberag.ch/> - WikiWeb Stefan

Permanent link:

<https://stefanwiki.hkhuberag.ch/doku.php/testo?rev=1702286807>

Last update: **2023/12/11 10:26**

